

## ATESTADO DE PRODUTOR E FORNECEDOR EXCLUSIVO Nº 20/2019

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI atesta, para os fins previstos no inciso I do art. 25 da Lei 8.666/93, que a empresa de razão social “AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA” é produtora e fornecedora exclusiva do bem industrial nacional “AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL – AUTOMED – ‘MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS’”, identificado pelo NCM 9402.90.90, que possui as seguintes especificações e funcionalidades:

**AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL – AUTOMED – “MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS”**- Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAl/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de “vacuum forming”. Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para-choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d’água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.

O presente atestado é emitido após o seu pedido ter sido publicado em jornal de circulação nacional, divulgado na página central da CNI na Internet ([www.cni.org.br](http://www.cni.org.br)) e, ainda, após consulta às Federações das Indústrias, sem que tenha havido qualquer impugnação ao pedido de sua emissão. O presente Atestado tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, podendo ser cancelado a qualquer tempo, caso se identifique bem industrial nacional com as mesmas especificidades e funcionalidades ou a sua distribuição por outros fornecedores.

Brasília, 31 de julho de 2019.

  
Carlos Eduardo Abijaodi

Diretor de Desenvolvimento Industrial

